

Radzymin, dnia 03/02/2026 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - SPZZOZ
zwany dalej „Zamawiającym”

Adres zamawiającego:

Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin

Telefon: 22 760 71 79

adres poczty elektronicznej: zamowienia@cmradzymin.pl

Godziny urzędowania: 8:00 – 15:30

Pytania i odpowiedzi

Nr 2

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych dla Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie. Numer sprawy: 2026/2/ZO

1. Pakiet 3 poz 1

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie pęsety polimerowej o długości 12 cm
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Pakiet 3 poz 2

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie :

Zestaw do usuwania klamer skórnych, sterylny, opakowanie 1 szt.:

1 serweta ochronna 50x50cm, 1 tacka przezroczysta 18x9,5x2,5cm,

2 gaziki włókninowe 7,5x7,5cm, 2 tufery włókninowe 60mm,

1 pęseta zielona 13 cm,

1 rozszywacz do zszywek skórnych.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Pakiet 3 poz 3

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie :

Zestaw do usuwania szwów:

3 x tufier włókninowy Ø 60 mm, (wymiar po rozłożeniu 25 x20,5 cm) 30 g.

1 x ostrze z uchwytem 6,5 cm

1 x zielona pęseta 13 cm

1 x pęseta chirurgiczna 15,5 cm wykonana z polimeru o wysokiej jakości.

Opakowanie typu bister z trzema wgłębieniami. Op. a/1 szt

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Pakiet 3 poz 4

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie :

5 gazików włókninowych 7,5x7,5cm

5 tufierów włókninowych śr.35mm

1 pęseta zielona 13cm

1 pęseta Kochera 13cm

Opakowanie typu bister z trzema wgłębieniami. Op. a/1 szt

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Pakiet 3 poz 5

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie :

1 x serweta 2-warstwowa (celuloza i folia polietylenowa), laminowana, 50 cm x

70 cm (owinięcie zestawu), gram 40 g/m²

1 x miska w kształcie nerki 700 ml, niebieska

5 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, 8 W, 17N

4 x tupper gazowy, Ø 50mm (wym. po rozłożeniu 20x20 cm), 20 nitek

1 x kleszczyki kocher 13 cm, niebieskie

1 x pęseta zielona 13 cm

1 x serweta 2-warstwowa, (celuloza i folia polietylenowa) laminowana w
rozmiarze 80x90 cm z otworem 10 cm, gram 40 +/- 4 g/m²

2 x rękawiczka diagnostyczna, rozmiar M

1 x sterylna woda z 10% gliceryną w strzykawce

1 x żel nawilżający 5 g.

Opakowanie - bister i worek foliowy. Op. a'1 szt

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pakiet 3 poz 6

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie serwety sterylnej dwuwarstwowej 75 x 45 cm, o gramaturze 57 +/- 0,5 g/m², minimum 2 naklejki. Serweta wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 57g/m², odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H₂O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serweta musi spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m².

Op. a'1 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Pakiet 3 poz 7

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie Podkładu chłonnego 60 x 90 chłonność min 1390 ml. Op. a'25 szt

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Pakiet 3 poz 7

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie Podkładu chłonnego 60 x 90 chłonność 1700 ml. Op. a'30 szt

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Pakiet 3 poz 8

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowego prześcieradła 220 x 100 z wkładem chłonnym, włóknina PP 50g/m² + PE 25g/m², rdzeń chłonny zbudowany z warstwy celulozy 18g/m², superchłonnego polimeru (SAP) 27g oraz puszystej pulpy typu Fluff Pulp 92g, chłonność: sól fizjol. 4,086 l

prześcieradło przeznaczone jest również

do przesuwania pacjenta (wytrzymałość do 150 kg). Op. a'40 szt

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Pakiet 3 poz 9

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie serwety dwuwarstwowa 75 x 90 cm z otworem samoprzylepnym 8 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 57 +/- 0,5 g/m², odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H₂O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serweta musi spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m². Minimum 2 naklejki Op. a'40 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Pakiet 3 poz 10

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie fartucha ochronnego ze ściągaczem dzianinowym szer. 5 cm, Polipropylen 23 g/m², długość 120 cm, szerokość 140 cm, wiązany w pasie i przy szyi, rozmiar XL, zielony. Op. a'10 szt.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Pakiet 3 poz 11

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie czepka *okrągłego Classic, Polipropylen 14 g/m², zielony, średnica 53 cm. Pakowanego w kartonik. a'100 szt.*
Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Pakiet 3 poz 12

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii, SMS 28 g/m kw., niebieskie, rozmiar L (szer.MINIMUM 120 cm). Op. a'10 szt.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

14. Pakiet 3 poz 17

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie pościeli Komplet pościeli zielony PP 25 g (poszewka - 70 x 80 cm, poszwa - 150 x 210 cm, prześcieradło - 160 x 210 cm). Op. 50 szt. Szytej igłą.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

15. Pakiet 3 poz 18

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie ubrania operacyjnego, SMS 43 g/m², antystatyczne, dekolt V obszyty, 3 kieszenie, spodnie z paskiem, zielone, rozm. S-XXL. Op. a'50 szt.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

16. Pakiet 3 poz 23

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie *opaski dzianej 10 cm x 5m.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17. Pakiet 3 poz 24

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie *opaski dzianej 14 cm x 5m.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18. Pakiet 3 poz 25

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie *opaski z 2 zapinkami.*
Odpowiedź: Dopuszczamy.

19. Pakiet 3 poz 31

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie gazy w klasie I
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

20. Pakiet 3 poz 33,34,35

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie kompresów w klasie I
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

21. Pakiet 3 poz 39

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie opatrunku 5 x 7 cm .
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

22. Pakiet 3 poz 40

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie opatrunku 10 x 10 cm .
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

23. Pakiet 3 poz 42

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie *serwety 50 x 60 cm i otworem o średnicy 6 x8 cm. Wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem, zewnętrzny karton transportowy wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania wysokie normy EN 13795-1:201 Op. a'180 szt.*
Odpowiedź: Dopuszczamy.

24. Pakiet 3 poz 43

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie *serwety 150 x 250cm z otworem U 10x 80 mm. Serweta wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 57+/- 0.5 g/m2., z przylepcem, odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serweta musi spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2.*
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


25. Pakiet 3 poz 46-50

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie siatki w stanie swobodnym 6,5 m w stanie rozciągniętym 20 m
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

26. Pakiet 3 poz 51

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie chusty trójkątnej 90x90x140cm z dzianiny wiskozowej Op. a'1 szt.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Zatwierdzam

DYREKTOR
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Krzysztof Jarząbek