



Radzymin, dnia 23/07/2026 r.

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ
zwane dalej „Zamawiającym”

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 17,

05-250 Radzymin

Tel.: 22 760 71 79

E-mail: zamowienia@cmradzymin.pl

Godziny urzędowania: 8:00–15:30

Strona postępowania: <https://bip.cmradzymin.pl/>

Dotyczy: **Zapytania ofertowego nr 2/2026/AOS** w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytanie dotyczące Załącznika 2.3 – fotel ginekologiczny.

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano wymóg: „*Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie minimum -5° do +10°*”.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego wymagania. Z medycznego punktu widzenia pozycja Trendelenburga oznacza pochylenie pacjenta głową w dół, natomiast wartość -5° odpowiada pozycji odwrotnego Trendelenburga (Reverse Trendelenburg, anty-Trendelenburga). Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku foteli ginekologicznych funkcja pozycji odwrotnego Trendelenburga nie jest standardowo stosowana ani wymagana w codziennej praktyce klinicznej. W tego typu wyrobach medycznych najczęściej wymagana jest wyłącznie możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli możliwość ustawienia:

- pozycji Trendelenburga do +10°, a zapis wartości -5° odnosi się do pozycji odwrotnego Trendelenburga, czy też zapis „*Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie minimum -5° do +10°*” jest omyłką pisarską i Zamawiający dopuści fotel oferujący wyłącznie pozycję Trendelenburga zgodnie z przeznaczeniem tego typu wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dopuszcza rozwiązanie wskazane w zapytaniu. Zamawiający uzna za spełniający wymagania fotel oferujący pozycję Trendelenburga w zakresie do +10°, jak również fotel posiadający dodatkowo pozycję odwrotnego Trendelenburga (anty-Trendelenburga) w zakresie do -5°.

2. Pytanie dotyczące Załącznika 2.3 – fotel ginekologiczny

Zamawiający wymaga, aby fotel był wyposażony w „*ergonomiczny zagłówek stabilizujący głowę i odcinek szyjny kręgosłupa, regulowany zgodnie z wymogami ergonomii*”.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższego wymagania. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku foteli ginekologicznych zagłówek pełni funkcję podparcia głowy pacjentki i zapewnia komfort podczas badania lub zabiegu, natomiast nie jest elementem służącym do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa w znaczeniu medycznym. Ponadto pojęcia „*stabilizujący*” oraz „*zgodnie z wymogami ergonomii*” nie stanowią parametrów technicznych podlegających jednoznacznej weryfikacji.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniający wymagania fotel wyposażony w **ergonomiczny, regulowany zagłówek zapewniający komfortowe podparcie głowy pacjentki**, bez konieczności deklarowania funkcji stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dopuszcza rozwiązanie wskazane w zapytaniu. Zamawiający uzna za spełniający wymagania fotel wyposażony w **ergonomiczny, regulowany zagłówek zapewniający komfortowe podparcie głowy pacjentki**, bez konieczności deklarowania funkcji stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

3. Sprzedajemy pętle indukcyjne, ale nie przeprowadzamy montażu/instalacji/szkoleń. Czy są Państwo zainteresowani ceną samego sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od montażu i instalacji urządzeń, jednak warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi pętli indukcyjnych (Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w formie online). Oferta musi obejmować cenę sprzętu oraz koszt takiego szkolenia.

Dyrektor
(-) Krzysztof Jarząbek