



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Radzymin, dnia 24/07/2026 r.

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ
zwane dalej „Zamawiającym”

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 17,

05-250 Radzymin

Tel.: 22 760 71 79

E-mail: zamowienia@cmradzymin.pl

Godziny urzędowania: 8:00–15:30

Strona postępowania: <https://bip.cmradzymin.pl/>

Dotyczy: **Zapytania ofertowego nr 2/2026/AOS** w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nr 2

Pytanie nr 1

Do pytania 2.2. Pętla indukcyjna

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametru wielkości urządzenia z wartości max. 250 mm, szerokość max. 275 mm, głębokość max. 110 mm na max. 300 mm, szerokość max. 300 mm, głębokość max. 200 mm oraz parametru wagi urządzenia z wartości 450 na 550 gram lub doprecyzowanie tego wymagania. Obecny zapis wskazuje na rozwiązanie spełniane przez jeden konkretny produkt, co może ograniczać możliwość złożenia konkurencyjnych ofert i dotyczy parametrów które nie mają żadnego związku z funkcjonalnością tego urządzenia. Prosimy o wskazanie uzasadnienia dla przyjęcia tak szczegółowego wymagania.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 2

Do pytania 2.2 Pętla indukcyjna

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametru wielkości urządzenia - złącze zasilania DC minimum 2,1 mm. Obecny zapis wskazuje na rozwiązanie spełniane przez jeden konkretny produkt, co może ograniczać możliwość złożenia konkurencyjnych ofert i dotyczy parametru całkowicie nie związanego z jego funkcjonalnością. Prosimy o podanie uzasadnienia podania średnicy złącza DC które jest elementem zestawu jako parametru oceny zapytania.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 3

Regulowana kozetka do badań USG, punkt 6 tabeli

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny trójsegmentowy, w którym segment nożny posiada regulację w zakresie dodatnim, tj. unoszenie do ok. +78°, zamiast regulacji w zakresie ujemnym?

Pragniemy zwrócić uwagę, że w dostępnych na rynku stołach rehabilitacyjnych segment nożny nie jest opuszczany poniżej poziomu konstrukcji stołu, ponieważ uniemożliwia to budowa ramy oraz mechanizmu regulacji. Funkcją segmentu nożnego jest jego unoszenie, które w połączeniu z regulacją segmentu oparcia umożliwia uzyskanie pozycji fotela oraz zapewnia szeroki zakres pozycjonowania pacjenta.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania z regulacją segmentu nożnego w zakresie dodatnim do ok. +78° jako rozwiązania równoważnego, powszechnie stosowanego przez producentów oraz w pełni spełniającego wymagania funkcjonalne Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 4

Regulowana kozetka do badań USG

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w system jezdny składający się z 4 antypoślizgowych kół kierunkowych o średnicy 125 mm z centralną blokadą jazdy, jako rozwiązanie równoważne dla antypoślizgowych stopek z możliwością poziomowania? Zastosowany system jezdny zapewnia stabilność urządzenia podczas użytkowania oraz bezpieczeństwo pacjenta, a jednocześnie zwiększa funkcjonalność i praktyczność użytkowania stołu. Ze względu na dużą masę własną stołu oraz konstrukcję przystosowaną do obciążenia pacjentem do 300 kg, możliwość łatwego przemieszczania urządzenia za pomocą systemu jezdny jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym i praktycznym dla personelu, przy zachowaniu pełnej stabilności podczas wykonywania badań i zabiegów.

Odpowiedź: Dopuszczamy

**Dyrektor
(-) Krzysztof Jarząbek**