



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Radzymin, dnia 28/07/2026 r.

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ
zwane dalej „Zamawiającym”

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 17,

05-250 Radzymin

Tel.: 22 760 71 79

E-mail: zamowienia@cmradzymin.pl

Godziny urzędowania: 8:00–15:30

Strona postępowania: <https://bip.cmradzymin.pl/>

Dotyczy: **Zapytania ofertowego nr 2/2026/AOS** w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nr 3

Część 5 – Mobilny analizator składu masy ciała

Pytanie 1 (Lp. 19) Czy Zamawiający dopuści analizator składu ciała bez funkcji obliczania wskaźnika WHR (Waist–Hip Ratio)? Oferowane urządzenie umożliwi kompleksową ocenę składu ciała i stopnia otyłości organizmu na podstawie m.in. wskaźnika BMI, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, obwodu talii oraz parametrów dotyczących tkanki tłuszczowej trzewnej. Brak wskaźnika WHR nie ogranicza zakresu wykonywanych pomiarów ani możliwości oceny ryzyka związanego z nadmiernym otyłością. Wskaźnik ten stanowi jedynie dodatkowy parametr obliczeniowy i nie wpływa na dokładność analizy składu ciała.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2 (Lp. 28) Czy Zamawiający dopuści analizator współpracujący ze standardową drukarką formatu A4 zamiast z drukarką termiczną? Drukowanie raportów na papierze A4 zapewnia większą czytelność wyników, umożliwia przejrzyste przedstawienie wszystkich parametrów analizy oraz ułatwia archiwizację dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 3 (Lp. 35) Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości podłączenia ciśnieniomierza? Funkcja ta nie jest niezbędna do prawidłowego wykonywania analizy składu ciała ani nie wpływa na zakres, dokładność i jakość uzyskiwanych wyników. Pomiar ciśnienia tętniczego stanowi odrębne badanie, które może być wykonane niezależnie za pomocą dedykowanego ciśnieniomierza.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie 4 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator składu ciała był wyrobem medycznym zgodnym z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 oraz posiadał oznakowanie CE właściwe dla wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator składu ciała był wyrobem medycznym w rozumieniu i zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz posiadał właściwe oznakowanie CE przeznaczone dla wyrobów medycznych.

Pytanie 5 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia stacjonarnego, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu. Szkolenie personelu proponujemy w formie szkolenia online które jest tak samo skuteczne, a pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. Akceptacja w.w. próśb uczyni ofertę znacznie korzystniejszą ekonomicznie i bardziej przyjazną dla środowiska redukując niepotrzebnie tworzone ślady węglowe powstałe z niepotrzebnym przyjazdem pracownika sprzedawcy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zapytania ofertowego i nie wyraża zgody na rezygnację z uruchomienia, montażu oraz szkolenia stacjonarnego. Zamawiający wymaga dostawy, montażu oraz przeprowadzenia bezpośredniego szkolenia personelu w miejscu użytkowania sprzętu przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Dyrektor
(-) Krzysztof Jarząbek