



Radzymin, dnia 29/07/2026 r.

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ

zwane dalej „Zamawiającym”

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 17,

05-250 Radzymin

Tel.: 22 760 71 79

E-mail: zamowienia@cmradzymin.pl

Godziny urzędowania: 8:00–15:30

Strona postępowania: <https://bip.cmradzymin.pl/>

Dotyczy: **Zapytania ofertowego nr 2/2026/AOS** w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nr 4

1. Pytanie dotyczące Załącznika 2.3 – fotel ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści fotel, który posiada misę ginekologiczną, natomiast bez odpływu?

Odpływ wymagany jest zazwyczaj w fotelach urologicznych, nie ginekologicznych.

Odpowiedź: Dopuszczamy

2. Pytanie dotyczące Załącznika 2.3 – fotel ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści fotel, który posiada system elektrycznie wysuwanych kółek, natomiast nie ma możliwości blokady każdego z nich oraz są one uruchamiane są za pomocą pilota ręcznego?

Odpowiedź: Dopuszczamy

3. Pytanie dotyczące Załącznika 2.3 – fotel ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści fotel, który posiada elektryczną regulację wysokości fotela w zakresie 53-99cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Fotel ginekologiczny powinien spełniać wymagania w zakresie dostępności, ergonomii i bezpieczeństwa, w szczególności: regulowaną (elektryczną lub hydrauliczną) wysokość siedziska z możliwością zejścia poniżej 50 cm od poziomu podłogi.

**Dyrektor
(-) Krzysztof Jarząbek**