Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską

Radzymin, dnia 05.01 /2026 r.

**Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZZOZ**
zwane dalej „Zamawiającym"
**Adres:** ul. Konstytucji 3 Maja 17,
05-250 Radzymin
**Tel.:** 22 760 71 79
**E-mail:** zamowienia@cmradzymin.pl
**Godziny urzędowania:** 8:00–15:30
**Strona postępowania:** https://bip.cmradzymin.pl/

Dotyczy: **Zapytania ofertowego nr 7/2026/AOS** w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS", realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

**Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach programu Dostępność Plus dla AOS w podziale na zadania**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Nr 3**

Zadanie nr 3 - MOBILNY ANALIZATOR SKŁADU MASY CIAŁA (załącznik nr 2.3)

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę, na dopuszczenie analizatora składu ciała o zakresie obejmujący przedział od 90 do 249,90 co 0,1 cm
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie pomiaru wzrostu badanych od 90 do 249,90 cm z dokładnością do 0,1 cm.
   Jednocześnie Zamawiający przypomina i podtrzymuje wymóg określony w parametrze nr 2 – oferowane urządzenie musi być wariantem stacjonarnym, zintegrowanym z pionową kolumną. Rozwiązania mobilne/przenośne, w których panel z wyświetlaczem jest połączony z platformą wyłącznie za pomocą luźnego przewodu (bez zintegrowanej kolumny), zostaną uznane za niezgodne z warunkami zamówienia i będą skutkować odrzuceniem oferty.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wyświetlacz posiadał podwójny ekran LCD?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyposażonego w podwójny ekran LCD, pod warunkiem, że spełnia on minimalne wymagania dotyczące przekątnej oraz rozdzielczości określone w parametrze nr 9.
   Zamawiający zastrzega, że dopuszczenie podwójnego ekranu LCD nie uchyla ani nie modyfikuje wymogu z parametru nr 2. Wyświetlacz/panel sterujący musi być fabrycznie zintegrowany z pionową kolumną urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, w których panel z wyświetlaczem stanowi osobny element połączony z wagą luźnym okablowaniem (np. do postawienia na biurku lub zawieszenia na ścianie).

DYREKTOR
Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Radzyminie
Krzysztof Jarząbek