

Radzymin 06/07 /2023

Nazwa: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r w Radzyminie - SPZZOZ  
zwany dalej „Zamawiającym”

Adres zamawiającego:

Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin

Telefon: 22 760 71 79

adres strony internetowej: <http://cmradzymin.bip-e.pl/>

adres poczty elektronicznej: [zamowienia@cmradzymin.pl](mailto:zamowienia@cmradzymin.pl)

Godziny urzędowania: 8:00 – 15:30

#### Odpowiedzi nr 1

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z kasetami na potrzeby Izby Przyjęć w Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin. Numer sprawy: ZO/20/2023/ZP

- 1) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatora, który nie wymaga stosowania mieszadła do próbek?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na specyfikę Oddziału, (Izba Przyjęć) z uwagi na jak najszybszy czas działania, celem pomocy pacjentom na Izbie Przyjęć.
- 2) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który umożliwia doładowywanie próbek w odstępach 17 minutowych?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie ze względu na specyfikę oddziału.
- 3) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie posiada rotora odczynnikowego, gdyż wszystkie reagenty zawarte są w paskach pomiarowych?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na fakt, potrzeby jak najmniejszej ingerencji personelu Oddziału do aparatów POCT.
- 4) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który wykonuje 21 oznaczeń na godzinę.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

we

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych i Gospodarczych  
Grzegorz Gomoła