

Radzymiń, dn. 04.06.2025 r.

CM/458/2025

**Uczestnicy postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej
i histopatologii**

Informuję, że w dniu 04.06.2025 r. wpłynęło pismo oferenta w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i histopatologii w zakresie wyjaśnienia pkt 16 załącznika nr 2 do Zarządzenia 17/2025 Dyrektora Centrum Medycznego o treści:

Oferent oświadcza, że (...) zapewni nadzór nad obsługą analizatorów parametrów krytycznych znajdujących się w użytkowaniu udzielającego Zamówienia – w jaki sposób ma się odbywać nadzór nad obsługą analizatorów parametrów krytycznych? Proszę o wskazanie, jakie są to analizatory?

Odp. Nadzór na obsługą analizatorów parametrów krytycznych obejmuje nadzór diagnostyki laboratoryjnego nad okresową kalibracją sprzętu medycznego oraz wykonanie okresowych analiz porównawczych czynników z analizatora versus tożsama próbka w trybie rutynowym – może on być zdalny.

Wskazane urządzenia to analizator parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus Radiometer oraz analizator immunologiczny AQT 90 Flex Radiometer.

DYREKTOR
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Krzysztof Jarzabek
Krzysztof Jarzabek